

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt tính năng kỹ thuật và giá dự toán
mua sắm vật tư tiêu hao tán sỏi ngoài cơ thể của Viện Y học biển**

VIỆN TRƯỞNG VIỆN Y HỌC BIỂN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 930/2001/QĐ-BYT ngày 27/03/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Viện Y học biển trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng TC-KT, Trưởng phòng QTVT - TBYT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tính năng kỹ thuật và giá dự toán mua sắm vật tư tiêu hao tán sỏi ngoài cơ thể của Viện Y học biển với nội dung sau:

- Giá dự toán: 160.404.000 đồng. (Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo)

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu bốn trăm linh bốn ngàn đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan khác.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp

Điều 2. Giao cho Phòng Quản trị vật tư thiết bị y tế phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện các thủ tục mua sắm trình Viện trưởng phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Ông (Bà) Trưởng phòng QTVT-TBYT, Trưởng phòng TC-KT và các Phòng, Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.



PGS.TS. Trần Thị Quỳnh Chi

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Quyết định số: 342/QĐ-YHB ngày 17 tháng 5 năm 2024)



DỰ TOÁN MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO TÁN SỎI

Đơn vị: VNĐ

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Điện cực dùng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể Model: HD.ESWL-108 Hãng sản xuất: Shenzhen Hyde Medical Equipment Co.,Ltd Yêu cầu kỹ thuật: - Chất liệu: Thép không gỉ - Điện áp cao nhất: $\geq 30Kv$ - Điện áp làm việc: $\leq 0 - \geq 10Kv$ - Vật liệu cách nhiệt chịu áp lực lớn nhất: $\geq 20Kv$	Cái	300	305.000	91.500.000
2	Bình điện dung dùng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể Model: HD.ESWL-108 Hãng sản xuất: Shenzhen Hyde Medical Equipment Co.,Ltd Yêu cầu kỹ thuật: - Điện áp cao nhất: $\geq 30Kv$ - Dung lượng: $\geq 0.1UF \times \geq 4$ - Tuổi thọ: ≥ 160 ca/bình	Cái	02	34.452.000	68.904.000
Tổng					160.404.000

(Bảng chữ: Một trăm sáu mươi triệu bốn trăm linh bốn ngàn đồng).