

Hải Phòng, ngày 24 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt cấu hình, tính năng kỹ thuật
và giá dự toán mua sắm máy ly tâm cho Viện Y học biển**

VIỆN TRƯỞNG VIỆN Y HỌC BIỂN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BYT ngày 14/4/2024 quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ báo giá của nhà cung cấp;

Xét đề nghị của P. QTVT-TBYT, P. TC-KT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cấu hình, tính năng kỹ thuật, giá dự toán mua sắm máy ly tâm cho Viện Y học biển với nội dung:

- Giá dự toán: **55.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng)

Giá trong dự toán là giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Chi tiết cấu hình, tính năng kỹ thuật theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Phòng Quản trị vật tư thiết bị y tế phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện các thủ tục mua sắm trình Viện trưởng phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Ông (Bà) Trưởng phòng QTVT-TBYT, Trưởng phòng TC-KT và các Phòng, Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.



PGS.TS. Trần Thị Quỳnh Chi

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Quyết định số: 515/QĐ-YHB ngày 24/7/2024)

CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ

STT	Danh mục hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật
1	Máy ly tâm ≥ 4 vị trí	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none">- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi- Đạt chứng nhận chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương.- Điện áp hoạt động: 220VAC/50Hz.- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa lên tới $\geq 30^{\circ}\text{C}$; Độ ẩm tối đa lên tới $\geq 70\%$ <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy chính: 01 Cái- Cân điện tử: 01 Cái- Kít cân bằng: 01 Cái- Rotor: 01 Cái- Cốc chứa Kít: 04 Cái- Dụng cụ mở nắp máy khi mất điện: 01 Cái- Cáp nguồn: 01 Cái- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt 01 bộ <p>III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT</p> <ul style="list-style-type: none">- Tốc độ tối đa: ≥ 4000 rpm- Lực ly tâm tối đa: ≥ 3200 xg- Độ ồn: ≤ 55 dB- Dung tích tối đa: $\leq 4 - \geq 50$ml- Phạm vi thời gian: Từ 0 - ≥ 99min- Rotor được kết nối với trục chính bằng ống côn chuyên dụng.- Bộ điều khiển vi xử lý, ít tiếng ồn và ít rung.- Màn hình kỹ thuật số cho biết tốc độ, thời gian, RCF đang hoạt động, tăng giảm tốc độ nhanh chóng, vận hành đơn giản.- Có ≥ 2 loại chương trình được cài đặt và lưu trữ sẵn trong bộ nhớ,- Điều chỉnh tốc độ ≥ 10 mức, tùy chọn tăng và giảm tốc <p>IV. YÊU CẦU KHÁC</p> <ul style="list-style-type: none">- Cung cấp giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối bán hàng tại Việt Nam- Có chương trình huấn luyện, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại đơn vị- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày, nơi giao hàng tại Viện Y học biển- Cam kết bảo trì thiết bị theo quy định của nhà sản xuất- Bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ khi bàn giao- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế sau bảo hành trong thời gian tối thiểu ≥ 10 năm.- Cam kết cung cấp hồ sơ kiểm định an toàn của thiết bị và các phương tiện đo



- Cam kết cung cấp hồ sơ kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật của máy nếu có (theo Thông tư 05/2022/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 98/2021/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế ban hành 01/8/2022.).

- Cam kết cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ chất lượng tài liệu khi ban giao hàng hóa gồm:

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế (trường hợp phải cấp phép nhập khẩu theo quy định Thông tư số 30/2015/TT-BYT); Bản gốc hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); hồ sơ chứng nhận đủ điều kiện lưu hành; Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp.

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B, C, D; Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng loại A, B, C, D do cơ quan thẩm quyền cấp

