

Số: 606/QĐ-YHB

Hải Phòng, ngày 05 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi và gia hạn thời điểm đóng thầu E-HSMT
gói thầu: Mua sắm buồng oxy cao áp đơn ngăn, đơn chỗ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN Y HỌC BIỂN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-YHB ngày 15/7/2024 của Viện Y học biển về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Buồng oxy cao áp đơn ngăn, đơn chỗ của Viện Y học biển;

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-YHB ngày 26/7/2024 của Viện Y học biển về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua sắm buồng oxy cao áp đơn ngăn, đơn chỗ,

Căn cứ TBMT số IB2400252335 ngày đăng tải: 29/07/2024 10:29 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Công văn làm rõ E-HSMT của nhà thầu quan tâm đến gói thầu được đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi và gia hạn thời điểm đóng thầu E-HSMT gói thầu: Mua sắm buồng oxy cao áp đơn ngăn, đơn chỗ, như sau:

1. Gia hạn thời điểm đóng thầu

Căn cứ Chỉ dẫn nhà thầu số “7. Sửa đổi, làm rõ E-HSMT” thuộc Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT.

Chủ đầu tư quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu: Từ 15:00h ngày 8/8/2024 sang thành 15:00 ngày 12/8/2024.

2. Sửa đổi E-HSMT



Stt	Nội dung tại E-HSMT đã phát hành	Nội dung sửa đổi như sau
1	<p>Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT, ở mục 1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết Buồng oxy cao áp đơn ngăn, đơn chõ; tại phần III. Chỉ tiêu kỹ thuật gồm: mục 5. Máy nén khí và mục 6. Máy làm mát khí có các thông số kỹ thuật yêu cầu như sau:</p> <p>5. Máy nén khí: - Lượng khí thải: $\leq 1.2 \text{ m}^3/\text{phút}$</p> <p>6. Máy làm mát khí: - Khả năng xử lý không khí: $\geq 0,5 \text{ m}^3/\text{phút}$.</p>	<p>Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT, ở mục 1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết Buồng oxy cao áp đơn ngăn, đơn chõ; tại phần III. Chỉ tiêu kỹ thuật gồm: mục 5. Máy nén khí và mục 6. Máy làm mát khí có các thông số kỹ thuật yêu cầu như sau:</p> <p>5. Máy nén khí: - Lưu lượng khí: $\geq 1,2 \text{ m}^3/\text{phút}$</p> <p>6. Máy làm mát khí: - Khả năng xử lý không khí: $\geq 0,5 \text{ m}^3/\text{phút}$.</p>


3. Các nội dung khác của E-HSMT giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. Giao Phòng QTVT-TBYT, TC-KT căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng QTVT-TBYT, TC-KT và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS. Trần Thị Quỳnh Chi

EN TE